

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

Prefeitura Municipal de Erechim  
Secretaria Municipal de Administração  
Comissão Permanente de Licitação

**Pregão Eletrônico nº 92/2020**

Após analisados todos os atos e adjudicados todos os itens referentes ao presente pregão, homologo o presente processo e autorizo a despesa, para cada empresa vencedora, conforme abaixo:

**Resultado da Homologação**

<b>Item:</b>	0001
<b>Descrição:</b>	Kit de Teste Rápido Coronavirus (COVID-19) por método Imunocromatográfico em amostra de sangue, por detecção de anticorpos IGG e IGM. Deve ter registro na ANVISA e INCQS/FIOCRUZ ou estar adequado a RDC 379/2020. Deve apresentar Sensibilidade superior a 85% e Especificidade Superior a 94%. O kit deve ser composto por: Cassete, solução tampão, lanceta e mini-pipeta/capilar.
<b>Quantidade:</b>	4.000
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	Unidade
<b>Valor Referência:</b>	45,00
<b>Valor Final:</b>	14,85
<b>Valor Total:</b>	59.400,00
<b>Situação:</b>	<b>Homologado</b> em 08/09/2020 13:21:57 Por: Carlos José Emanuele
<b>Nome da Empresa:</b>	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
<b>Modelo:</b>	TESTE RAPIDO COVID-19 15 MINUTOS NUTRIEX

---

---

Carlos José Emanuele  
Autoridade Competente